

**Detaylı Bilgi İçin Ürün Resmine Tıklayınız**



### Kontrol kiti:

---

- Aynı 5 nem değeri şişesi
- 7 test şeritleri
- HKCxxC sürümü için 1 kontrol odası, HKCxxS sürümü için kontrol odası olmadan
- Kutu boyutları: 100 x 140 x 40mm
- Ağırlık: 1.0kg

### Doğruluk

---

Test prosedürü yapıştirıldığı takdirde  $\pm\% 3$  RH' de bir hassasiyet elde edilebilir.

## Çalışma Koşulları

---

- Referans sıcaklığı:  $+23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Çevresel nem  $\pm\%$  10 stabilize
- Set up koşullar:
- Düzeltme ile  $0$  ve  $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$  arasında sıcaklık kılavuzuna göre uygulanacak.  $40$  ve  $\%60$  RH arası nem
- Aletler kontrol edilmeli ve işlem başlatılmadan önce kontrol kiti en az  $10$  saat süreyle aynı ortamda
- Raf ömrü çözümleri:
- küçük şişe içinde: sınırsız
- Kontrol odası içinde:  $2$  saat